



附件二：《单一来源采购公示项目论证意见表》

单一来源采购公示项目论证意见表

论证时间 年 月 日

一、项目信息					
项目名称	彩色多普勒超声仪心脏探头		项目编号		
预算号			预算金额	200000.00 元	
拟定的唯一供应商	上海荣持医疗科技有限公司				
二、论证意见					
1、对采购需求是否有限制性、歧视性条款的论证意见					
此次采购无限制性、歧视性条款。					
2、对供应商唯一性的论证意见					
技术专利与知识产权独占性：超声主机与探头之间存在严格的技术匹配性和协议封闭性。不同品牌甚至同一品牌不同系列的超声设备，其探头接口的物理规格、电气参数、通信协议及底层软件算法均受知识产权保护，为各原厂所独有，互不兼容。					
保证设备兼容性与运行安全：使用非原厂第三方探头可能导致设备接口损坏、性能下降、图像质量无法保证，甚至存在安全隐患（如电气安全、声输出安全），严重影响临床诊断的准确性和患者安全。只有原厂探头能确保与主机系统完美兼容，实现所有预设功能并获得最优质的图像。					
综上所述，本次采购的超声探头来源具有唯一性，只能采用单一来源方式向〔指定的唯一供应商名称〕进行采购。					
3、其他补充意见					
无					
三、参加论证的专业人员					
序号	姓名	工作单位	职称	电话	签名
1	赵璇	上海市第十人民医院	正高		
2	周文雄	岳阳医院	正高		
3	沙媛媛	岳阳医院	副高		