

附件二：《单一来源采购公示项目论证意见表》

单一来源采购公示项目论证意见表

论证时间 年 月 日

一、项目信息			
项目名称	血液净化部 JMS 易耗品	项目编号	
预算号	2026_SXL_ZCGL_0514	预算金额	13 万元
拟定的唯一 供应商	上海吟涛医疗器械有限公司		
二、论证意见			
<p>1、对采购需求是否有限制性、歧视性条款的论证意见</p> <p>JMS 透析液供给血透机系统（非常规血透机）是由多台血液透析装置 GC-110N（B 型）和透析液供给装置 BC-PURER03 等设备组成，是目前国内唯一拥有以中央供给装置联动控制管理多台血液透析装置进行透析液供给、I-HDF 治疗模式、无死腔消毒等专有技术的透析系统。该系统在国外市场经过长时间的应用，广受临床及患者认可，且是目前国内唯一具有医疗器械注册证并投入临床使用的透析液供给血透机系统（非常规血透机）。为了满足诊疗患者的需求，拟采购一批设备使用过滤器（包含大型精密过滤器、小型精密过滤器、浓缩液过滤器），为保证设备编号（20220183、2089917C、2099918C、2099919C、2099920C、2099921C、2099922C、2099923C、2099924C、2099925C、2099926C、2099927C、2099928C、2099929C、2050484、2050485、2090076C）能在技术上同时满足四级过滤、密闭式循环、联机消毒、全自动操作以实现超纯透析，避免透析液污染，使供应的超纯透析液的微生物指标达到世界最高标准 JSDT 2008（日本）：透析液内毒素<0.001EU/ml，细菌<0.1CFU/ml，同时为了保证设备在临床治疗的精准性、稳定性及安全性，确保设备能够正常使用，故申请单一来源方式采购原品牌大型精密过滤器、小型精密过滤器、浓缩液过滤器。</p>			
<p>2、对供应商唯一性的论证意见</p> <p>上海吟涛医疗器械有限公司是 JMS 透析液供给血透机系统在国内的销售总代理，是新华医院的唯一供应商，负责该系统的安装、调试和售后服务。</p>			

3、其他补充意见

无

三、参加论证的专业人员

序号	姓名	工作单位	职称	电话	签名
	杨时竹	中化印	副主任工程师	1381963625	杨时竹
	李玲	清江浦人民医院	副主任医师	13361905916	李玲
	赵敬峰	清江浦人民医院	副主任医师	13918018093	赵敬峰