

附件二：《单一来源采购公示项目论证意见表》

## 单一来源采购公示项目论证意见表

论证时间 年 月 日

<b>一、项目信息</b>					
项目名称	校准源 Co-57	项目编号			
预算号	2026_SBGZ_HYXK_0115	预算金额	15 万		
拟定的唯一 供应商	通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司				
<b>二、论证意见</b>					
<p>1、对采购需求是否有限制性、歧视性条款的论证意见</p> <p>采购需求均为必须条款，其型号和设备参数均为 GE 530 心脏机设备厂商要求的需求参数，以满足正常质控需求。设备安装后我科要求需要有原厂安装服务与现场质控，且遇到故障需原厂维修，不存在限制性或及时性条款。</p>					
<p>2、对供应商唯一性的论证意见</p> <p>经过了解论证，其他厂家有类似校准源，可满足放射活度的要求。但尺寸、规格不能完全满足 GE 530C 心脏机的质控模具支架。如校准源使用过程中出现问题需要校准维修，需原厂诊断软件，原厂高级故障维修钥匙，此要求仅供应商 GE 通用电气公司能满足，符合唯一性原则。</p>					
<p>3、其他补充意见</p>					
<b>三、参加论证的专业人员</b>					
序号	姓名	工作单位	职称	电话	签名
1	朱立	海军军医大学附属长海医院	主任医师	13386274128	朱立
2	陈作洪	同济大学附属同济医院	主任医师	19101725062	陈作洪
3	冯方	同济大学附属岳阳人民医院	主任医师	13585946887	冯方