



SHANGHAI INSTITUTE OF MEASUREMENT AND TESTING TECHNOLOGY
NATIONAL CENTER OF MEASUREMENT AND TEST FOR EAST CHINA

上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心 检定证书

Verification Certificate

证书编号: 2014K22-20-501028 号
Certificate No.

送检单位 Applicant	上海交通大学医学院附属新华医院 (外科楼 8 楼)
计量器具名称 Name of Instrument	体重秤
型号/规格 Type/ Specification	RGZ-120/120kg e= 500g
出厂编号 Series No.	05397
制造单位 Manufacturer	上海龙辉衡器有限公司
检定依据 Verification Regulation	JJG13-1997 模拟指示秤检定规程
检定结论 Conclusion	III 级 合格

(检定专用章)
Stamp

批准人 Approved by	王少云
核验员 Checked by	吴国平
检定员 Verified by	华佩明

检定日期 Date for Verification	2014	年 Year	08	月 Month	26	日 Day
有效期至 Valid until	2015	年 Year	08	月 Month	25	日 Day

计量检定机构授权证书号: (国)法计(2012)01019号/01039号
Authorization Certificate No.

电话: 021-38839800
Telephone

地址: 上海市张衡路 1500 号(总部)
Address No.1500 Zhangheng Road, Shanghai (headquarters)

邮编: 201203
Post Code

传真: 021-50798390
Fax

网址: www.simt.com.cn
Web site



SHANGHAI INSTITUTE OF MEASUREMENT AND TESTING TECHNOLOGY
NATIONAL CENTER OF MEASUREMENT AND TEST FOR EAST CHINA

证书编号: 2014K22-20-501028
Certificate No.

本次检定所使用的计量(基)标准/主要计量器具:
Measurement standards / Measuring instrument used in this verification

名称/型号 Name/Model	编号 Number	证书编号/有效期限 Certificate No./Due date	测量范围/准确度等级或 最大允差或不确定度 Measurement range/accuracy class or maximum permissible errors or uncertainty of measurement
砝码/50mg~5kg	A ₂ -21	2014K21-20-800122/2015.06.12	50mg~11.11105kg/ M ₁ 等级
砝码/25kg	B ₂ -1-138	2014K21-20-800128/2015.06.12	(25~3450) kg /M ₁ 等级

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。
The value of a quantity of measurement standard used in this verification is traced to those of the national primary standards in the P.R. China.

检定地点及环境条件:
Location and environmental condition for the verification

地点: 控江路 1665 号
Location

温度: 22 °C; 湿度: / %RH; 其它: /
Ambient temperature Humidity Others

检定结果/说明:
Results of verification and additional explanation

检定项目		技术要求	检定结果
外观检查		铭牌信息应完整	符合要求
空秤变动性		$\pm 0.5e$	0.0e
偏载测试		$\pm 1.0e$	-0.3e
称量 测试	0~50e	$\pm 0.5e$	-0.2e
	>50e~200e	$\pm 1.0e$	-0.4e
	>200e~Max	$\pm 1.5e$	-0.5e
灵敏度		加上 1e 砝码, 指针位移不小于 7/10 分度	符合要求
重复性		$\leq 1.0e$	0.2e

检定结果内容结束

本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。
The data are valid only for the instrument(s). Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT.