

上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 2013K22-20-500742 号
Certificate No.

送检单位 Applicant	上海交通大学医学院附属新华医院 (内科楼 7 楼)
计量器具名称 Name of Instrument	体重秤
型号/规格 Type/ Specification	RGZ-120/120kg e=500g
出厂编号 Series No.	094026
制造单位 Manufacturer	上海东方衡器有限公司
检定依据 Verification Regulation	JJG13-1997 模拟指示秤检定规程
检定结论 Conclusion	III 级 合格

(检定专用章)
Stamp

批准人
Approved by

核验员
Checked by

检定员
Verified by

检定日期 Date for Verification	2013 年 08 月 27 日
有效期至 Valid until	2014 年 08 月 26 日

计量检定机构授权证书号: (国) 法计 (2012) 01019 号/01039 号
Authorization Certificate No.

地址: 上海市张衡路 1500 号(总部)
Address No.1500 Zhangheng Road, Shanghai (headquarters)

传真: 021-50798390
Fax

电话: 021-38839800
Telephone

邮编: 201203
Post Code

网址: www.simt.com.cn
Web site

本次检定所使用的计量(基)标准/主要计量器具:
Measurement standards / Measuring instrument used in this verification

名称/型号 Name/Model	编号 Number	证书编号/有效期限 Certificate No./Due date	测量范围/准确度等级或 最大允差或不确定度 Measurement range/accuracy class or maximum permissible errors or uncertainty of measurement
衡器检定装置	QB201	[1988]沪量标证字第 044 号/ 2014.10.30	50mg~200t / U=0.4mg~20kg (k=2)

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。
The value of a quantity of measurement standard used in this verification is traced to those of the national primary standards in the P.R. China.

检定地点及环境条件:
Location and environmental condition for the verification

地点: 控江路 1665 号
Location

温度: 22 °C; 湿度: / %RH; 其它: /
Ambient temperature Humidity Others

检定结果/说明:
Results of verification and additional explanation

检定项目		技术要求	检定结果
空秤变动性		$\pm 0.5e$	0.0e
偏载测试		$\pm 1.0e$	0.2e
秤量 测试	0~50e	$\pm 0.5e$	0.2e
	>50e~200e	$\pm 1.0e$	0.4e
	>200e~Max	$\pm 1.5e$	0.4e
灵敏度		加土 1e 砝码, 指针位移不小于 7/10 分度	符合要求
重复性		$\leq 1.0e$	0.1e

检定结果内容结束

本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。
The data are valid only for the instrument(s). Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT.

检定证书续页专用
Continued page of verification certificate