

上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 2014H22-20-000195 号
Certificate No.

送检单位
Applicant

新华医院

医技楼2楼219

计量器具名称
Name of instrument

医用诊断X辐射源

型号 / 规格
Type/ Specification

Multicare Platinum

出厂编号
Series No.

31511123012 [强检标识号:7029280]

制造单位
Manufacturer

美国HOLOGIC

检定依据
Verification Regulation

JJG 744-2004

检定结论
Verification conclusion

合格

检定专用章
Stamp

批准人 睦国平
Approved by

睦国平

核验员 陆逊
Checked by

陆逊

检定员 肖瑶
Verified by

肖瑶

检定日期
Date For verification

2013

年
Year

12

月
Month

31

日
Day

有效期至
Due to

2014

年
Year

12

月
Month

30

日
Day

计量检定机构授权证书号: (国)法计(2012)01019号/01039号
Authorization Certificate No.

电话: 021-38839800
Telephone

地址: 上海市张衡路 1500 号(总部)
Address No 1500 Zhangheng Road, Shanghai (headquarters)

邮编: 201203
Post Code

传真: 021-50798390
Fax

网址: www.simt.com.cn
Web site



SHANGHAI INSTITUTE OF MEASUREMENT AND TESTING TECHNOLOGY
NATIONAL CENTER OF MEASUREMENT AND TEST FOR EAST CHINA

证书编号: 2014H22-20-000195

Certificate No.



* 2 0 9 3 7 1 2 *

本次检定所使用的计量(基)标准/主要计量器具:

Measurement standards / Measuring instrument used in this verification

名称/型号 Name/Model	编号 Number	证书编号/有效期限 Certification No./Due Date	测量范围/准确度 Measuring Range/accuracy
医用辐射源检定装置	QH18	[2002]国量标沪证字 第133号/2014年06月29日	治疗水平:(0.01~10)Gy 诊断水平:(0.001~1)Gy /治疗水平:3.0%(k=2) 诊断水平:3.5%(k=2)

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。

The value of a quantity of measurement standard used in this verification is traced to those of the national primary standards in the P. R. China.

检定地点及环境条件:

Location and environmental condition for the verification

地点: 控江路1665号 医技楼2楼219

Location

温度: 22.0

Ambient temperature

℃; 湿度: 53

Humidity

%RH; 其它: 气压 101.6 kPa

Others

检定结果/说明:

Results of verification and additional explanation

见续页

本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。未经本院/中心批准,部分采用本证书内容无效。

The data are valid only for the instrument (s).

Partly Using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT.

检定证书续页专用

Continued page of verification certificate

第 2 页 共 3 页

Page of total page