

上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心 检定证书

Verification Certificate

证书编号: 2019H22-21-1718202001

Certificate No.



送检单位

Applicant

上海交通大学医学院附属新华医院

计量器具名称

Name of Instrument

X、γ射线骨密度仪

型号/规格

Type / Specification

Lunar Prodigy

出厂编号

Serial No.

DF+303009 [强检标识号:7117178]

制造单位

Manufacturer

GE

检定依据

Verification Regulation

JJG 1050-2009 《X、γ射线骨密度仪》

检定结论

Conclusion

合格

批准人

唐方东

Approved by

(盖章处)

stamp

核验员

王鹏德

Checked by

检定员

肖瑶

Verified by

检定日期

Date for Verification

2018

年

12

Year

月

Month

26

日

Day

有效期至

Valid until

2019

年

12

Year

月

Month

25

日

Day



计量检定机构授权证书号: (国)法计(2017)01019号/01039号

Authorization Certificate No.

地址: 上海市张衡路 1500 号(总部)

Address: No.1500 Zhangheng Road, Shanghai (headquarters)

传真: 021-50798390

Fax

电话: 021-38839800

Telephone

邮编: 201203

Post Code

网址: www.simt.com.cn

Web site



本次检定所使用的计量(基)标准:

Measurement standards used in this verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号 Certificate No.	有效期限 Due date
X、 γ 射线骨密度仪 检定装置	BMC: (0.3~2.0)g/cm ³ BMD: (0.5~1.5)g/cm ²	BMC: $U_{rel}=0.5\%$ ($k=2$) BMD: $U_{rel}=0.5\%$ ($k=2$)	[2012]国量标 沪证字第159号	2020-06-13

本次检定所使用的主要计量器具:

Measuring instrument used in this verification

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号/ 有效期限 Certificate No./Due date
X、 γ 射线骨密度仪体模	QC-1A、QC-1B、QC-2	091012、091013、091011	BMC: (0.3~2.0)g/cm ³ BMD: (0.5~1.5)g/cm ²	BMC: $U_{rel}=0.5\%$ ($k=2$) BMD: $U_{rel}=0.5\%$ ($k=2$)	校准字第201603007449号/ 2021-03-05
辐射防护用X、 γ 辐射剂量当量率仪	NT560	15M028	(1×10^{-6} ~1)Gy/h	$U_{rel}=6.5\%$ ($k=2$)	2018H21-20-1495178001/ 2019-06-26
/	/	/	/	/	/

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。

The value of a quantity of measurement standard used in this verification is traced to those of the national primary standards in the P.R. China.

检定地点及环境条件:

Location and environmental condition for the verification

地点: 杨浦区控江路1665号 核医学科骨密度室

Location

温度: 22.0℃

Ambient temperature

湿度: 51%RH

Humidity

其它: 气压:102.3kPa

Others

备注: /

Note:

本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。

The data are valid only for the instrument(s).

Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT.

检定证书续页专用

Continued page of verification certificate

第 2 页 共 3 页

Page of total pages



检定结果/说明:

Results of verification and additional explanation

1. 测量误差 (最大相对误差绝对值不应大于10%) :

仪器类别DXA		L2	L3	L4
BMD (g/cm ²)	标准值	0.502	1.005	1.501
	实际值	0.483	1.048	1.477
测量误差 E(%)		-3.7	4.3	-1.6

2. 重复性偏差 (重复性不应大于2%) :

V= 0.8 %;

3. 辐射防护性能 (泄漏辐射空气比释动能率不应大于1.0mGy/h) :

K= 0.09 mGy/h。

检定结果内容结束

