

上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心 检定证书

Verification Certificate

证书编号: 2019H22-21-1718194006

Certificate No.



送检单位

Applicant

上海交通大学医学院附属新华医院

计量器具名称

Name of Instrument

医用CT机X辐射源

型号/规格

Type / Specification

Brilliance

出厂编号

Serial No.

10696 [强检标识号: 7117172]

制造单位

Manufacturer

PHILIPS

检定依据

Verification Regulation

JJG 961-2017《医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定规程》

检定结论

Conclusion

合格

批准人

唐方东

Approved by

(盖章处)

stamp

核验员

肖瑶

Checked by

检定员

王鹏德

Verified by

检定日期

Date for Verification

2018

年

12

月

26

日

Year

Month

Day

有效期至

Valid until

2019

年

12

月

25

日

Year

Month

Day



计量检定机构授权证书号: (国)法计(2017)01019号/01039号

Authorization Certificate No.

地址: 上海市张衡路 1500 号(总部)

Address: No.1500 Zhangheng Road, Shanghai (headquarters)

传真: 021-50798390

Fax

电话: 021-38839800

Telephone

邮编: 201203

Post Code

网址: www.simt.com.cn

Web site



本次检定所使用的计量(基)标准:

Measurement standards used in this verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号 Certificate No.	有效期限 Due date
医用CT机X辐射源 检定装置	吸收剂量: $(6 \times 10^{-5} \sim 1)$ Gy	$U=3.3\%, k=2$	[2003]沪量标 证字第178号	2021-02-24

本次检定所使用的主要计量器具:

Measuring instrument used in this verification

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号/ 有效期限 Certificate No./Due date
诊断水平剂量计	X2	8251010	$(6 \times 10^{-5} \sim 1)$ Gy/min	$U_{rel}=3.0\%, k=2$	2018H00-10- 1588617001/ 2019-09-27
/	/	/	/	/	/

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。

The value of a quantity of measurement standard used in this verification is traced to those of the national primary standards in the P.R. China.

检定地点及环境条件:

Location and environmental condition for the verification

地点: 杨浦区控江路1665号 医技楼2楼放射科CT机房3

Location

温度: 22.0℃

Ambient temperature

湿度: 51%RH

Humidity

其它: 气压: 102.3kPa

Others

备注: /

Note:

本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。

The data are valid only for the instrument(s).

Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT.

检定证书续页专用

Continued page of verification certificate

第 2 页 共 3 页

Page of total pages



检定结果/说明:

Results of verification and additional explanation

检定项目			检定结果	计量性能要求
1.均匀性			3.9 HU	$\pm 4\text{HU}$
2.噪声水平			0.2 %	$\leq 0.35\%$
3.CT值	空气		-992.0 HU	$(-1000\pm 30)\text{HU}$
	水		3.6 HU	$(0\pm 4)\text{HU}$
4.层厚	10 mm		10.1 mm	$\pm 1\text{mm}$
	2.5 mm		2.6 mm	$\pm 1\text{mm}$
	1.25 mm		1.5 mm	$\pm 50\%$ 标称值
5.空间分辨力（率）			6 LP/cm	$\geq 5\text{LP/cm}$
6.低对比分辨力（率）	对比度（%）	1.2	3.0 mm	$\leq 3\text{mm}$
	对比度（%）	0.6	5.0 mm	$\leq 6\text{mm}$
7.剂量指数			4.0 %	$\pm 20\%$

检定结果内容结束

上海計量測試