



# 上海市计量测试技术研究院

SHANGHAI INSTITUTE OF MEASUREMENT AND TESTING TECHNOLOGY

# 华东国家计量测试中心

NATIONAL CENTER OF MEASUREMENT AND TESTING FOR EAST CHINA

## 校准证书

Calibration Certificate

委 托 者  
Customer

上海交通大学医学院附属新华医院

联 络 信 息  
Contact information

上海市杨浦区控江路1665号

器 具 名 称  
Name of Instrument

体重秤

制 造 厂  
Manufacturer

无锡市衡器厂有限公司

型 号 / 规 格  
Model/Specification

RGZ-120-RT 120kg /0.5kg (e=d=0.5kg)

器 具 编 号  
No. of instrument

0101904631 (内分泌)

器具准确度  
Instrument accuracy

④级

批 准 人  
Approved by


朱俊



(机构校准专用章)


核 验 员  
Checked by

陆浩



校 准 员  
Calibrated by

孙鹏飞



发布日期  
Issue date

2020

年  
Year

11

月  
Month

19

日  
Day



地址: 上海市张衡路1500号(总部)  
Address No.1500 Zhangheng Road, Shanghai(headquarter)

电话: 021-38839800  
Tel.

传真: 021-50798390  
Fax

邮编: 201203  
PostCode

客户咨询电话: 800-820-5172  
Inquire line

投诉电话: 021-50798262  
Complaints line

未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。  
Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT.

第 1 页 共 3 页  
Page of total pages

国家法定计量检定机构计量授权证书号(中心/院):(国)法计(2017)01039号/(2017)01019号  
The number of the Certificate of Metrological Authorization to The Legal Metrological Verification Institution is No. (2017) 01039/ No. (2017) 01019

本次校准所依据的技术规范(代号、名称):  
Reference documents for the calibration (code、name)

参照 JJG 13-2016 《模拟指示秤检定规程》

本次校准所使用的主要计量标准器具:  
Main measurement standards used in this calibration

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	溯源机构名称 Name of traceability institution	证书编号/有效期限 Certificate No./Due date
砝码	50mg~5kg	A <sub>1</sub> -21	50mg~11.11105kg	M <sub>1</sub> 等级	SIMT	2020K11-20-2360647001/ 2021-03-08
砝码	25kg	B <sub>2</sub> -1-138	(25~3450)kg	M <sub>1</sub> 等级	SIMT	2020K11-20-2360674001/ 2021-03-08
/	/	/	/	/	/	/

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准/测量标准。

Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the national primary standards of P.R. China / national measurement standards.

其他校准信息:

Calibration Information

地点: 控江路1665号(内分泌)  
Location

温度: 22℃  
Ambient temperature

湿度: 60%RH  
Humidity

其他: /  
Others

受样日期 2020年09月11日  
Received date

校准日期 2020年09月11日  
Date for calibration

备注: /  
Note:

本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。

The data are valid only for the instrument(s).

校准结果/说明:

Results of calibration and additional explanation

Max= 120 kg      d= 0.5 kg      e= 0.5 kg

标准砝码值 (kg)	被校秤示值 (kg)	扩展不确定度 $U$ ( $k=2$ )	技术要求 (e)
0	0.0	0.2kg	$\pm 0.5$
10	10.0		$\pm 0.5$
25	25.0		$\pm 0.5$
50	50.0		$\pm 1.0$
100	99.5		$\pm 1.0$
120	119.5		$\pm 1.5$

注：此次校准体重秤（示值误差），参照JJG13-2016《模拟指示秤检定规程》5.3条款。

校准结果内容结束