

# 上海市计量测试技术研究院 上海市计量器具强制检定中心 检 定 证 书

Verification Certificate

证书编号: 21011135996

Certificate No.



送 检 单 位

Applicant

上海交通大学医学院附属新华医院

计量器具名称

Name of Instrument

水银血压计

型 号 / 规 格

Type / Specification

(0~40) kPa

出 厂 编 号

Serial No.

06021230

制 造 单 位

Manufacturer

上海医疗设备厂

检 定 依 据

Verification Regulation

JJG 270-2008 《血压计和血压表检定规程》

检 定 结 论

Conclusion

合格

(盖章处)

stamp

批准人

Approved by

黄莉洁

黄莉洁

核验员

Checked by

陈萌

陈萌

检定员

Verified by

余蔚

余蔚

检定日期

Date for Verification

2022

年

01

月

12

日

Month

Day

有效期至

Valid until

2022

年

07

月

11

日

Month

Day



计量检定机构授权证书号: (国)法计(2017)01019号/01039号

Authorization Certificate No.

地址: 上海市张衡路 1500 号(总部)

Address: No. 1500 Zhangheng Road, Shanghai (headquarter)

传真: 021-50798390

Fax

电话: 021-38839800

Telephone

邮编: 201203

Post Code

网址: www.simt.com.cn

Web site

第 1 页 共 3 页

Page of total pages



本次检定所使用的计量(基)标准:

Measurement standards used in this verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度或准确度等 级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号 Certificate No.	有效期限 Due date
血压计(表)检定 装置	(-50~50)kPa	0.05级	[2000]沪量标 证字第164号	2022-10-29

本次检定所使用的主要计量器具:

Measuring instrument used in this verification

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等 级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号/ 有效期限 Certificate No./Due date
数字压力计	MicroCal P100/ (0~ 50) kPa	115749	(0~50)kPa	0.05级	2021E21-20- 3440328001/ 2022-07-28
/	/	/	/	/	/

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。

The value of a quantity of measurement standard used in this verification is traced to those of the national primary standards in the P.R. China.

检定地点及环境条件:

Location and environmental condition for the verification

地点: 控江路1665号27号楼B1维修间

Location

温度: 19℃

Ambient temperature

湿度: 29%RH

Humidity

其他: /

Others

备注: /

Note:

本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。

The data are valid only for the instrument(s).

Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT.

检定证书续页专用

Continued page of verification certificate

第 2 页 共 3 页

Page of total pages



检定结果/说明:

Results of verification and additional explanation

检定项目	技术要求	检定结果
外观	JJG270-2008中4.1的要求	符合技术要求
零位误差	(-0.2~0.5) kPa	0.1 kPa
血压计的灵敏度	汞柱波幅不小于 0.3kPa	0.7 kPa
气密性	JJG270-2008中3.3的要求	符合技术要求
示值误差	±0.5kPa	0.1 kPa

检定结果内容结束

