



上海市计量测试技术研究院

SHANGHAI INSTITUTE OF MEASUREMENT AND TESTING TECHNOLOGY

华东国家计量测试中心

NATIONAL CENTER OF MEASUREMENT AND TESTING FOR EAST CHINA

校准证书

Calibration Certificate

委 托 者

Customer

上海交通大学医学院附属新华医院

联 络 信 息

Contact information

上海市杨浦区控江路1665号

器 具 名 称

Name of Instrument

体重秤

制 造 厂

Manufacturer

无锡市衡器厂有限公司

型 号 / 规 格

Model/Specification

RGZ-120-RT 120kg /0.5kg (e=d=0.5kg)

器 具 编 号

No. of instrument

0101904631 (内分泌)

器具准确度

Instrument accuracy

Ⅲ级

批 准 人

Approved by

朱俊

(机构校准专用章)

核 验 员

Checked by

陆浩

校 准 员

Calibrated by

孙鹏飞

发布日期

Issue date

2021

年

10

月

29

日

Year

Month

Day



地址: 上海市张衡路1500号(总部)

Address No.1500 Zhangheng Road, Shanghai(headquarter)

电话: 021-38839800

Tel.

传真: 021-50798390

Fax

邮编: 201203

PostCode

客户咨询电话: 800-820-5172

Inquire line

投诉电话: 021-50798262

Complaints line

未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。

Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT.

第 1 页 共 3 页

Page of total pages



国家法定计量检定机构计量授权证书号(中心/院):(国)法计(2017)01039号/(2017)01019号
The number of the Certificate of Metrological Authorization to The Legal Metrological Verification Institution is No. (2017) 01039/ No. (2017) 01019

本次校准所依据的技术规范(代号、名称):

Reference documents for the calibration (code、name)

参照 JJG 13-2016 《模拟指示秤检定规程》

本次校准所使用的主要计量标准器具:

Main measurement standards used in this calibration

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	溯源机构名称 Name of traceability institution	证书编号/有效期限 Certificate No./Due date
砝码	50mg~5kg	A ₁ -21	50mg~11.11105kg	M ₁ 等级	SIMT	2021K11-20-3088128001/ 2022-03-07
砝码	25kg	B ₂ -1-138	(25~3450)kg	M ₁ 等级	SIMT	2021K11-20-3088151001/ 2022-03-07
/	/	/	/	/	/	/

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准/测量标准。

Quantity values of above measurement standards used in this calibration are traced to the national primary standards of P.R. China / national measurement standards.

其他校准信息:

Calibration Information

地点: 控江路1665号(内分泌)

Location

温度: 22℃

Ambient temperature

湿度: 58%RH

Humidity

其他: /

Others

受样日期 2021年 09月 10日

Received date

校准日期 2021年 09月 10日

Date for calibration

备注: /

Note:

本证书提供的结果仅对本次被校的器具有效。

The data are valid only for the instrument(s).



校准结果/说明:

Results of calibration and additional explanation

Max= 120 kg d= 0.5 kg e= 0.5 kg

标准砝码值 (kg)	被校秤示值 (kg)	扩展不确定度 U ($k=2$)	技术要求 (e)
0	0.0	0.2kg	± 0.5
10	10.0		± 0.5
25	25.0		± 0.5
50	50.0		± 1.0
100	100.0		± 1.0
120	119.5		± 1.5

注：此次校准体重秤（示值误差），参照JJG13-2016《模拟指示秤检定规程》5.3条款。

校准结果内容结束