

上海市计量测试技术研究院 华东国家计量测试中心 检定证书

Verification Certificate

证书编号: 2022K11-20-4197874042

Certificate No.



送检单位

Applicant

上海交通大学医学院附属新华医院

计量器具名称

Name of Instrument

电子秤

型号/规格

Type /Specification

TCS-150 150kg/50g (e=d=50g)

出厂编号

Serial No.

01 (28#16F)

制造单位

Manufacturer

上海东方衡器有限公司

检定依据

Verification Regulation

JJG 539-2016 《数字指示秤检定规程》

检定结论

Conclusion

Ⅲ级合格

批准人

朱俊

Approved by

(盖章处)

stamp

核验员

陆浩

Checked by

检定员

Verified by

孙鹏飞

孙鹏飞

检定日期

Date for Verification

2022

年

09

月

09

日

Month

Day

有效期至

Valid until

2023

年

09

月

08

日

Month

Day



计量检定机构授权证书号: (国)法计(2022)01019号/01039号

Authorization Certificate No.

地址: 上海市张衡路 1500 号(总部)

Address: No. 1500 Zhangheng Road, Shanghai (headquarter)

传真: 021-50798390

Fax

电话: 021-38839800

Telephone

邮编: 201203

Post Code

网址: www.simt.com.cn

Web site



本次检定所使用的计量(基)标准:
Measurement standards used in this verification

名称 Name	测量范围 Measurement Range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号 Certificate No.	有效期限 Due date
衡器检定装置	50mg~200t	50mg~5t M ₁ 等级 500kg~200t M ₁₂ 等级	[1998]沪量标 证字第044号	2027-09-09

本次检定使用的主要计量器具:
Measuring instrument used in this verification

名称 Name	型号规格 Model	编号 Number	测量范围 Measurement range	不确定度或准确度等级或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error	证书编号/ 有效期限 Certificate No./Due date
砝码	50mg~5kg	A ₁ -21	50mg~ 11.11105kg	M ₁ 等级	2022K11-20- 3843832001/ 2023-03-01
砝码	25kg	B ₂ -1-138	(25~3450) kg	M ₁ 等级	2022K11-20- 3843840001/ 2023-03-01
/	/	/	/	/	/

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。

The value of a quantity of measurement standard used in this verification is traced to those of the national primary standards in the P.R. China.

检定地点及环境条件:

Location and environmental condition for the verification

地点: 杨浦区控江路1665号(28#16F)

Location

温度: 22℃

Ambient temperature

湿度: 58%RH

Humidity

其他: /

Others

备注: /
Note:

本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。未经本院/中心批准, 部分采用本证书内容无效。

The data are valid only for the instrument(s).

Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SIMT.

检定证书续页专用
Continued page of verification certificate

第 2 页 共 3 页
Page of total pages



检定结果/说明:

Results of verification and additional explanation

Max= 150 kg d= 0.05 kg e= 0.05 kg

检定项目		技术要求	检定结果
通用技术要求的检查		JJG539-2016中6的要求	符合要求
置零准确度		$\pm 0.25e$	0.0 e
称量	0~500e	$\pm 0.5e$	0.2 e
	>500e~2000e	$\pm 1.0e$	0.4 e
	>2000e~Max	$\pm 1.5e$	0.4 e
除皮准确度		$\pm 0.25e$	0.0 e
除皮后的称量	0~500e	$\pm 0.5e$	0.2 e
	/	/	/
	>500e~Max	$\pm 1.0e$	0.2 e
偏载		$\pm 1.0e$	0.2 e
重复性		$\leq 1.0e$	0.1 e
鉴别阈		加上1.4d砝码示值有变化	示值有变化

检定结果内容结束